

## Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,  
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4  
 TÉL. : 1-800-BON-LAIT ext. 7716  
 INTERNET: www.lactanet.ca

## Certificat d'Analyses / Certificate of Analysis

LAIT HOMOGENÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot: HO-06-2022

Date de production / Production date : 2022-05-31

À utiliser avant / Use before : 2022-07-19

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)			
	QMR-001 MATIÈRE GRASSE / FAT	QMR-002 PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	QMR-003 LACTOSE	QMR-004 SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
1	0.07	3.40	4.79	9.17
2	1.06	3.46	4.74	10.19
3	2.02	3.32	4.65	10.93
4	3.22	3.27	4.61	12.07
5	3.45	3.25	4.58	12.28
6	3.76	3.24	4.57	12.50
Date d'analyse / Testing date	2022-06-13	2022-06-01	2022-06-02	2022-06-06

Échantillon / Sample	Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
	QMR-001 MATIÈRE GRASSE / FAT	QMR-002 PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	QMR-003 LACTOSE	QMR-004 SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
1	0.07	3.52	4.95	9.49
2	1.10	3.58	4.90	10.54
3	2.08	3.43	4.81	11.30
4	3.33	3.38	4.77	12.48
5	3.57	3.36	4.73	12.69
6	3.89	3.35	4.73	12.92
Date d'analyse / Testing date	2022-06-13	2022-06-01	2022-06-02	2022-06-06



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2022-06-14

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report