

Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 1-800-BON-LAIT ext. 7716

<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/>

Certificat d'Analyses / Certificate of Analysis

Matériel de Référence / Reference Material

LAIT CRU / RAW MILK

PROFIL D'ACIDES GRAS / FATTY ACIDS PROFILE

Lot: ProAG-C-10-2025

Date de Production / Production date : 2025-09-30

À utiliser avant / Use before : 2025-11-04

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)								
QMR-153								
	Total Fat	C14:0	C16:0	C18:0	C18:1	SCFA	MCFA	LCFA
ProAG-C	5,91	0,586	1,778	0,484	1,097	0,555	2,704	1,697
+/-	N/A	0,002	0,005	0,001	0,005	0,003	0,008	0,006

	Total FA	SFA	UFA	MUFA	PUFA	De Novo	Mixed	Preformed
ProAG-C	5,281	3,705	1,455	1,268	0,187	1,425	1,877	1,874
+/-	0,019	0,011	0,008	0,007	0,003	0,006	0,006	0,008

Date d'analyse / Date tested : 2025-10-01 + 2025-10-10

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour le contrôle d'instruments infrarouge ou à titre d'échantillon de référence dans la validation et le contrôle de méthodes analytiques ainsi que leurs instruments. / To be used as RM for the control of infrared instruments or as a reference sample in the validation and control of analytical methods and their instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenisation of fat and samples should be discarded after use.

Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste
 Date: 2025-10-10

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report