



# Lactanet - Valacta

[reference@lactanet.ca](mailto:reference@lactanet.ca)

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,  
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4  
1-800-BON-LAIT ext. 7716

<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/>

Accrédité ISO 17034 Accredited

## Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Matériel de Référence / Reference Material

CRÈME E / CREAM E

Lot: CR-03-2026

Version : 1

Date de production / Production date : 2026-03-04

À utiliser avant / Use before : 2026-04-07

| Échantillon /<br>Sample         | Poids / Poids (%); Weight / Weight (%) |                                  |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
|                                 | QMR-001                                | QMR-004                          |
|                                 | MATIÈRE GRASSE /<br>FAT                | SOLIDES TOTAUX /<br>TOTAL SOLIDS |
| 9                               | 29,83                                  | 36,69                            |
| 10                              | 34,05                                  | 40,52                            |
| 11                              | 38,37                                  | 44,33                            |
| 12                              | 43,96                                  | 49,27                            |
| Date d'analyse /<br>Date tested | 2026-03-09                             | 2026-03-05                       |

| Échantillon /<br>Sample         | Poids / Volume (%); Weight / Volume (%) |                                  |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
|                                 | QMR-001                                 | QMR-004                          |
|                                 | MATIÈRE GRASSE /<br>FAT                 | SOLIDES TOTAUX /<br>TOTAL SOLIDS |
| 9                               | 30,38                                   | 37,37                            |
| 10                              | 34,68                                   | 41,26                            |
| 11                              | 39,08                                   | 45,15                            |
| 12                              | 44,77                                   | 50,18                            |
| Date d'analyse /<br>Date tested | 2026-03-09                              | 2026-03-05                       |

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

**Instruction :** Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référencées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Simon Schmouth, B.Sc, Chimiste

Date : 2026-03-10

| Notes   |
|---|
| Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.  |
| Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.                    |
| Ce document est confidentiel. / This document is confidential.  |
| Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. |

Fin du rapport / End of report