



Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
1-800-BON-LAIT ext. 7716

<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/>

Accrédité ISO 17034 Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Matériel de Référence / Reference Material
Combo de lait et de crème / Milk and Cream Combo

Lot: MAC-04-2026

Version : 1

Date de production / Production date : 2026-03-31

À utiliser avant / Use before : 2026-05-19

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)		
	QMR-001	QMR-002	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTÉINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
MAC-1	0,06	3,54	9,29
MAC-2	1,02	3,52	10,20
MAC-3	1,91	3,52	11,01
MAC-4	3,20	3,51	12,31
MAC-5	9,89	3,15	17,84
MAC-6	17,83	2,76	25,39
MAC-7	34,67	2,19	40,76
Date d'analyse / Date tested	2026-04-09	2026-04-02	2026-04-01

Échantillon / Sample	Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)		
	QMR-001	QMR-002	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTÉINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
MAC-1	0,07	3,66	9,61
MAC-2	1,05	3,64	10,55
MAC-3	1,97	3,64	11,39
MAC-4	3,31	3,64	12,73
MAC-5	10,08	3,20	18,17
MAC-6	18,16	2,81	25,86
MAC-7	35,32	2,23	41,52
Date d'analyse / Date tested	2026-04-09	2026-04-02	2026-04-01

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 °C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 °C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référencées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Simon Schmouth, B.Sc, Chimiste

Date : 2026-04-16

Notes

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.

Ce document est confidentiel. / This document is confidential.

Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.

Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report