



Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
SAINT-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
1-800-BON-LAIT ext. 7716
<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etatons/>



Accrédité **ISO 17034** Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Matériel de Référence / Reference Material

LAIT HOMOGÉNÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot: HO-08-2026

Version : 1

Date de production / Production date : 2026-07-28

À utiliser avant / Use before : 2026-09-15

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)			
	QMR-001	QMR-002	QMR-003	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
1	0,04	3,40	4,85	9,20
2	0,98	3,43	4,81	10,14
3	2,00	3,32	4,61	10,90
4	3,22	3,36	4,70	12,20
5	3,42	3,25	4,63	12,22
6	3,69	3,24	4,60	12,49
Date d'analyse / Date tested	2026-07-30	2026-08-03	2026-07-30	2026-07-30

	Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
	QMR-001	QMR-002	QMR-003	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
	0,04	3,52	5,02	9,52
	1,01	3,55	4,98	10,49
	2,07	3,43	4,76	11,27
	3,33	3,47	4,86	12,61
	3,53	3,36	4,78	12,63
	3,82	3,35	4,76	12,91
	2026-07-30	2026-08-03	2026-07-30	2026-07-30

Simon Schmouth, B.Sc, Chimiste

Date : 2026-08-10

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référencées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report