



Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

1-800-BON-LAIT ext. 7716

<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/>

Accrédité **ISO 17034** Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

LAIT CRU / RAW MILK

Lot: LC-18-2026

Version : 1

Date de Production / Production date : 2026-09-15

À utiliser avant / Use before : 2026-10-20

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)					
Échantillon/ Sample	QMR-001	QMR-002		QMR-003	QMR-004
	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein*	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	0,98	3,31	3,12	4,49	9,70
2	1,96	3,43	3,24	4,69	11,00
3	2,97	3,45	3,26	4,60	11,97
4	3,45	3,48	3,29	4,69	12,56
5	4,12	3,40	3,21	4,60	13,08
6	3,63	3,37	3,18	4,59	12,53
7	3,84	3,37	3,18	4,67	12,83
8	4,00	3,35	3,16	4,62	12,90
9	4,32	3,33	3,14	4,71	13,27
10	4,46	3,63	3,44	4,68	13,70
11	4,63	3,73	3,54	4,59	13,94
12	4,79	3,87	3,68	4,49	14,13
13	4,89	3,89	3,70	4,51	14,29
14	5,11	3,95	3,76	4,61	14,64
Date d'analyse/ Date tested	2026-09-16	2026-09-24		2026-09-22	2026-09-17

* Valeur calculée/Calculated value: Protéine vraie/True protein + 0,19

Simon Schmouth, B.Sc, Chimiste

Date: 2026-09-24

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 °C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 °C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenization of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référencées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
SAINT-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
1-800-BON-LAIT ext. 7716

<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/>



Accrédité **ISO 17034** Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Version : 1

LAIT CRU / RAW MILK

Lot: LC-18-2026

Date de Production / Production date : 2026-09-15

À utiliser avant / Use before : 2026-10-20

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)					
Échantillon/ Sample	QMR-001	QMR-002		QMR-003	QMR-004
	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein*	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,01	3,42	3,22	4,65	10,03
2	2,02	3,54	3,35	4,85	11,37
3	3,07	3,57	3,38	4,76	12,38
4	3,57	3,60	3,41	4,85	12,99
5	4,26	3,51	3,32	4,76	13,52
6	3,76	3,49	3,29	4,74	12,95
7	3,97	3,48	3,28	4,82	13,27
8	4,13	3,46	3,27	4,77	13,33
9	4,46	3,44	3,24	4,87	13,72
10	4,61	3,75	3,56	4,84	14,17
11	4,79	3,86	3,67	4,75	14,43
12	4,95	4,01	3,81	4,65	14,63
13	5,06	4,02	3,83	4,67	14,79
14	5,30	4,09	3,90	4,78	15,16
Date d'analyse/ Date tested	2026-09-16	2026-09-24		2026-09-22	2026-09-17

* Valeur calculée/Calculated value




Simon Schmouh, B.Sc, Chimiste

Date: 2026-09-24

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référencées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report