

## Lactanet - Valacta

[reference@lactanet.ca](mailto:reference@lactanet.ca)

555, boulevard des Anciens-Combattants

Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada H9X 3R4

1-800-BON-LAIT ext. 7716

<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/>

Accrédité ISO 17034 Accredited

## Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

### Échantillon de contrôle / Control Sample

### Lait homogénéisé / Processed Milk

Version : 1

Lot : HO-C-10-2026

Date de production / Production date : 2026-09-29

À utiliser avant / Use before : 2026-11-17

| Poids / Poids (%); Weight / Weight (%) |                          |                                                |                                                 |                    |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Échantillon/<br>Sample                 | QMR-001<br>Gras /<br>Fat | QMR-002<br>Protéines vraies /<br>True proteins | QMR-002<br>Protéines Brutes /<br>Crude proteins | QMR-003<br>Lactose | QMR-004<br>Solides totaux /<br>Total solids |
| HO-C                                   | 3,126                    | 3,260                                          | 3,442                                           | 4,646              | 12,229                                      |
| +/-                                    | 0,005                    | 0,004                                          | 0,005                                           | 0,008              | 0,010                                       |

  

| Poids / Volume (%); Weight / Volume (%) |                          |                                                |                                                 |                    |                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Échantillon/<br>Sample                  | QMR-001<br>Gras /<br>Fat | QMR-002<br>Protéines vraies /<br>True proteins | QMR-002<br>Protéines Brutes /<br>Crude proteins | QMR-003<br>Lactose | QMR-004<br>Solides totaux /<br>Total solids |
| HO-C                                    | 3,233                    | 3,372                                          | 3,560                                           | 4,805              | 12,647                                      |

  

| Date d'analyse/<br>Date tested | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 2026-10-02 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|




Simon Schmouh, B.Sc, Chimiste

Date: 2026-10-15

**Utilisation prévue / Intended use :** À utiliser comme MR pour le contrôle d'instruments infrarouge ou à titre d'échantillon de référence dans la validation et le contrôle de méthodes analytiques ainsi que leurs instruments. / To be used as RM for the control of infrared instruments or as a reference sample in the validation and control of analytical methods and their instruments.

**Instruction :** Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 °C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 °C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référencées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

#### Notes

Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / Where applicable, this version replaces all previous issues.

Ce document est confidentiel. / This document is confidential.

Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.

Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report