



Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
1-800-BON-LAIT ext. 7716
<https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/>

Accrédité ISO 17034 Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet
Matériel de Référence / Reference Material
LAIT CRU / RAW MILK
Version : 1
Lot: SCC-10-2026

Date de production / Production date : 2026-10-13
À utiliser avant / Use before : 2026-11-24

Standard	Couleur Color	Concentration* (000 cellules/ml) (000 cells/ml)	+/-
Low	Bleu / Blue	158	9
Med	Jaune / Yellow	531	33
High	Rouge / Red	914	63

Date d'analyse / Date tested:	2026-10-16
----------------------------------	------------

Commentaires / Comments	*Résultats retraceable au produit de référence ERM-BD001 et sont en conformité avec ISO 13366-2 / Results are traceable to the certified reference material ERM-BD001 and in conformance with ISO 13366-2.
-------------------------	--

<div><div>2026.10.1 9 14:57:13 -04'00'</div></div>		Notes
		<p>Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments de cytométrie en flux. / To be used as RM for the calibration of flow cytometry instruments.</p> <p>Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 °C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 °C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogenisation of fat and samples should be discarded after use.</p>
Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste		L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.
Date:		Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Notes supplémentaires
Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / Where applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report