Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

1-800-BON-LAIT ext. 7716

https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/

Accrédité **ISO 17034** Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Matériel de Référence / Reference Material

CRÈMES B et D / CREAMS B and D

Lot: CR-11-2026

Version : 2

Date de production / Production date : 2026-10-27

À utiliser avant / Use before : 2026-12-15

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)		Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)	
	QMR-001	QMR-004	QMR-001	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS	MATIÈRE GRASSE / FAT	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
1	4,96	13,51	5,06	13,76
2	10,05	17,87	10,24	18,20
3	14,60	22,10	14,87	22,51
4	17,88	25,56	18,21	26,03
5	21,31	28,30	21,70	28,82
6	25,42	31,98	25,89	32,58
7	29,51	35,85	30,06	36,51
8	34,66	40,65	35,30	41,40
Date d'analyse / Date tested	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28

Note : Version 2 : Correction de la valeur de solides totaux pour l'échantillon #4 / Corrected total solids value for sample #4

CRÈME B : Échantillons 1 à 8
CRÈME D : Échantillons 5 à 8

CREAM B : Samples 1 to 8
CREAM D : Samples 5 to 8



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2026-11-17

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogeneisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report