Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
1-800-BON-LAIT ext. 7716
https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/

Accrédité **ISO 17034** Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Matériel de Référence / Reference Material

CRÈME E / CREAM E

Lot: CR-11-2026

Version : 1

Date de production / Production date : 2026-11-03

À utiliser avant / Use before : 2026-12-08

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)		Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)	
	QMR-001	QMR-004	QMR-001	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS	MATIÈRE GRASSE / FAT	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
9	30,18	36,99	30,74	37,68
10	33,54	40,14	34,16	40,88
11	38,10	43,75	38,81	44,56
12	43,21	48,46	44,01	49,36
Date d'analyse / Date tested	2026-11-09	2026-11-06	2026-11-09	2026-11-06



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2026-11-11

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogeneisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report