Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

1-800-BON-LAIT ext. 7716

https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/

Accrédité **ISO 17034** Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Matériel de Référence / Reference Material

LAIT HOMOGÉNÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot: HO-11-2026

Version : 1

Date de production / Production date : 2026-10-27

À utiliser avant / Use before : 2026-12-15

Échantillon / Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)				Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
	QMR-001	QMR-002	QMR-003	QMR-004	QMR-001	QMR-002	QMR-003	QMR-004
	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS	MATIÈRE GRASSE / FAT	PROTEINE BRUTE / CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX / TOTAL SOLIDS
1	0,04	3,62	4,81	9,42	0,04	3,75	4,97	9,75
2	0,98	3,53	4,71	10,12	1,01	3,65	4,87	10,47
3	1,91	3,53	4,73	11,10	1,97	3,65	4,90	11,48
4	3,14	3,57	4,65	12,33	3,25	3,70	4,81	12,75
5	3,42	3,41	4,63	12,40	3,53	3,53	4,78	12,82
6	3,75	3,40	4,61	12,69	3,88	3,51	4,77	13,12
Date d'analyse / Date tested	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28	2026-10-28



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date : 2026-11-11

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour l'étalonnage d'instruments infrarouge. / To be used as RM for the calibration of infrared instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogeneisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report