**Lactanet - Valacta**

reference@lactanet.ca

555, boulevard des Anciens-Combattants

Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, Canada H9X 3R4

1-800-BON-LAIT ext. 7716

https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/

**Accrédité ISO 17034 Accredited**

# Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

## Échantillon de contrôle / Control Sample

## Lait homogénéisé / Processed Milk

**Version : 1**

**Lot : HO-C-11-2026**

**Date de production / Production date : 2026-10-27**

**À utiliser avant / Use before : 2026-12-15**

| Poids / Poids (%); Weight / Weight (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Échantillon/ Sample | QMR-001 | QMR-002 | QMR-002 | QMR-003 | QMR-004 |
| | Gras / Fat | Protéines vraies / True proteins | Protéines Brutes / Crude proteins | Lactose | Solides totaux / Total solids |
| HO-C | 3,138 | 3,397 | 3,560 | 4,645 | 12,365 |
| +/- | 0,002 | 0,003 | 0,011 | 0,009 | 0,012 |

| Poids / Volume (%); Weight / Volume (%) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Échantillon/ Sample | QMR-001 | QMR-002 | QMR-002 | QMR-003 | QMR-004 |
| | Gras / Fat | Protéines vraies / True proteins | Protéines Brutes / Crude proteins | Lactose | Solides totaux / Total solids |
| HO-C | 3,246 | 3,514 | 3,683 | 4,805 | 12,790 |
| Date d'analyse/ Date tested | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-27 | 2026-10-29 |




Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date: 2026-11-11

**Utilisation prévue / Intended use** : À utiliser comme MR pour le contrôle d'instruments infrarouge ou à titre d'échantillon de référence dans la validation et le contrôle de méthodes analytiques ainsi que leurs instruments. / To be used as RM for the control of infrared instruments or as a reference sample in the validation and control of analytical methods and their instruments.

**Instruction** : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogeneisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

| Notes |
|---|
| Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / Where applicable, this version replaces all previous issues. |
| Ce document est confidentiel. / This document is confidential. |
| Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples. |
| Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory. |

Fin du rapport / End of report