Lactanet - Valacta

reference@lactanet.ca

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

1-800-BON-LAIT ext. 7716

https://lactanet.ca/laboratoires/resultats-reference-etalons/

Accrédité **ISO 17034** Accredited

Fiche d'information de produit / Product Information Sheet

Échantillon de Contrôle / Control Sample

LAIT CRU / RAW MILK

Lot: LC-C-21-2026

Version : 1

Date de Production / Production date : 2026-11-03

À utiliser avant / Use before : 2026-12-08

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)					
Échantillon/ Sample	QMR-001	QMR-002		QMR-003	QMR-004
	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein (1)	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux*/ Total solids*
LC-C	4,19	3,47	3,28	4,59	13,29
+/-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Date d'analyse/ Date tested	2026-11-09	2026-11-09		2026-11-06	2026-11-10

(1) Calculé/Calculated: Protéine vraie/True Protein + 0.19

**Avec Bronopol/With Bronopol*

Poids / Volume (%) ; Weight / Volume (%)					
Échantillon/ Sample	QMR-001	QMR-002		QMR-003	QMR-004
	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein (2)	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux*/ Total solids*
LC-C	4,33	3,59	3,40	4,75	13,75
Date d'analyse/ Date tested	2026-11-09	2026-11-09		2026-11-06	2026-11-10

(2) Calculé/Calculated

**Avec Bronopol/With Bronopol*



Jean-Philippe Angers, M.Sc, Chimiste

Date: 2026-11-11

Utilisation prévue / Intended use : À utiliser comme MR pour le contrôle d'instruments infrarouge ou à titre d'échantillon de référence dans la validation et le contrôle de méthodes analytiques ainsi que leurs instruments. / To be used as RM for the control of infrared instruments or as a reference sample in the validation and control of analytical methods and their instruments.

Instruction : Ce MR doit être stocké afin de maintenir une température comprise entre 2 et 8 ° C. Il est recommandé de chauffer ce MR à 40 ° C avant utilisation pour une homogénéisation adéquate de la graisse et doit être jeté après utilisation. / This RM should be immediately stored to maintain a temperature between 2 and 8°C. It is recommended to heat this RM at 40°C before use for proper homogeneisation of fat and samples should be discarded after use.

L'utilisation normale de ce MR répond aux exigences de traçabilité ISO 17025. / Normal use of this RM fulfills the traceability requirements of ISO-17025.

Des études d'homogénéité et de stabilité pour ce MR sont disponibles. / Homogeneity and stability studies are available for this RM.

Si présente, l'incertitude correspond à l'incertitude élargie avec un niveau de confiance de 95% et utilisant un facteur de couverture de k=2. / Where provided, uncertainty corresponds to the expanded uncertainty at a confidence level of 95% using a coverage factor of k=2.

Sauf indication contraire, les méthodes référées sont accréditées ISO 17025. / Unless stated otherwise, referenced method are ISO 17025-accredited.

Notes
Cette version remplace et annule toute version antérieure, le cas échéant. / If applicable, this version replaces all previous issues.
Ce document est confidentiel. / This document is confidential.
Les résultats et commentaires, le cas échéant, ne se rapportent qu'aux échantillons décrits plus haut. / Results and comments, if applicable, are only related to the above samples.
Ce document ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. / This document shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Fin du rapport / End of report